

## 3M™ Comply™ Kit de test jetable Bowie-Dick 1301



Produit en ligne

Home / Brands / 3M / 3M™ Comply™ Kit de test jetable Bowie-Dick 1301

### Données du produit

- Indicateur de classe 2\* \*selon la norme EN ISO 11140-1
- Surface non réfléchissante de la feuille indicatrice pour une meilleure évaluation visuelle du changement de couleur
- Manipulation aisée
- Conformité aux normes
- Changement de couleur du bleu au rose

Les indicateurs de chimio réagissent aux paramètres pertinents du cycle spécifié. Les indicateurs chimiques Comply conçus par 3M sont capables de réagir à des combinaisons temps/température spécifiques et de se prononcer ainsi sur la qualité de la stérilisation.

No. d'article	description	Prix
18.1301.20	3M™ Comply™ Kit de test jetable Bowie-Dick Changement de couleur du bleu au rose	CHF 203.00

\* Les prix sont sans engagement et s'entendent comme prix d'achat en francs suisses sans la TVA et à l'exclusion de tous autres frais, charges et taxes. Les prix affichés dans l'eShop peuvent être différents du fichier PDF en raison des mises à jour régulières.

\*\* Veuillez noter que lors de la commande de produits chimiques et de détergents, des frais de transport et d'emballage pour les marchandises dangereuses ainsi que des frais légaux sont facturés. Ces frais vous seront indiqués en détail sur la confirmation de commande que vous recevrez en complément de l'accusé de réception de la commande.

\*\*\* Vous trouverez de plus amples informations, telles que des informations techniques et des fiches de données de sécurité, dans notre boutique en ligne.

\*\*\*\* Le fichier PDF a été créé sur [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) le 21.05.2026 à 17:13 heures.